

## LISTE DES QUESTIONS/REPONSE

MARCHE N° BDI21003-10008 relatif à la fourniture, installation et formation des utilisateurs et techniciens de maintenance des équipements et mobiliers bureautiques des laboratoires.

### Question :

- J'ai une question concernant le lot 2 de votre appel d'offres, les banques de sang. Doivent-elles avoir un certificat de banque de sang ou un réfrigérateur standard qui peut être réglé à 4°C est-il également bon ?

### Réponse :

- En réponse à votre question, Oui les banques de sang doivent avoir un certificat de banque de sang.